

## Zawartość

1. Wprowadzenie.....	2
2. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu .....	7
3. Aplikacja .....	8
5. Działanie.....	11
6. Czyszczenie i konserwacja .....	14
7. Materiał opakowaniowy i bezpieczna utylizacja produktów	14
8. Rozwiązywanie problemów .....	15
9. Gwarancja .....	17

## 1. Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie VebaBox. Ten wykonany na zamówienie produkt przeznaczony jest do przechowywania i transportu towarów wrażliwych na wahania temperatury i zapewnia stabilną temperaturę towarów na pożądanym poziomie. Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed użyciem produktu.



### **OSTROŻNOŚĆ:**

*Niniejsza instrukcja została opublikowana wyłącznie w celach informacyjnych. Firma VebaBox nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do informacji i opisów zawartych w niniejszej instrukcji. Takie informacje i opisy nie powinny być traktowane jako wyczerpujące lub obejmujące wszystkie nieprzewidziane okoliczności, ale z intencją lepszego zrozumienia naszego produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem VebaBox.*

*Procedury opisane w niniejszym dokumencie powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe wdrożenie tych procedur może spowodować uszkodzenie urządzenia VebaBox lub innego mienia lub obrażenia ciała.*

*Firma VebaBox i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej (w tym zaniedbania i/lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) lub w inny sposób, wobec jakiegokolwiek osoby lub podmiotu za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody majątkowe lub jakiegokolwiek inne bezpośrednio, pośrednio, szczególnie lub wtórne szkody lub odpowiedzialność, wynikające z lub wynikające z jakichkolwiek działań jakiegokolwiek osoby, które są sprzeczne z niniejszą instrukcją lub jakąkolwiek informacją, zalecenia lub opisy zawarte w niniejszym dokumencie lub niewdrożenie przez jakąkolwiek osobę procedur opisanych w niniejszym dokumencie prawidłowo lub przestrzeganie naklejek ostrzegawczych i bezpieczeństwa znajdujących się na urządzeniu VebaBox!*

## **Środki ostrożności**

VebaBox to specjalistyczny produkt na zamówienie, który zawiera obwody elektryczne i chłodnicze, których instalacja, użytkowanie i konserwacja są podporządkowane specjalnym dyrektywom i przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzkiego i globalnego środowiska.

Dlatego firma VebaBox jako prawny właściciel projektu i producenta produktu oświadcza i ostrzega, że tylko wyznaczeni wykwalifikowani

dystrybutorzy i serwisy techniczne są upoważnieni do instalacji i serwisowania produktów VebaBox.

Podczas normalnego użytkowania produktu użytkownicy powinni być świadomi następujących zagrożeń.



**UWAGA:** *Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem! Podczas korzystania z VebaBox, jeśli VebaBox jest zasilany napięciem 110-230 VAC, upewnij się, że zasilacz jest wyposażony w wyłącznik automatyczny! Sprawdź, czy voltage specyfikacja na etykiecie wtyczki jest taka sama jak specyfikacja zasilacza.*

*Podłączaj VebaBox tylko w następujący sposób:*

- *za pomocą zestawu instalacyjnego zasilania 12 V VebaBox zainstalowanego przez autoryzowanego specjalistę VebaBox do obwodu elektrycznego samochodu i/lub akumulatora.*
- *lub za pomocą połączeniowego 110-230 V dołączonego do VebaBox do zasilania 110-230 VAC.*

*Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić, aby zapobiec możliwym zagrożeniom elektrycznym.*

*Odlącz połączeniowy przed czyszczeniem i konserwacją, po użyciu i przed wymianą bezpiecznika.*



**UWAGA:** *Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie zawierają agresywne i kwasy. Unikaj kontaktu płynu z baterii z ciałem. Jeśli Twoja skóra wejdzie w kontakt z płynem z baterii, dokładnie umyj daną część ciała wodą. Odlącz VebaBox i inne urządzenia elektryczne od akumulatora przed podłączeniem akumulatora do urządzenia do szybkiego ładowania. Przepięcie może uszkodzić elektronikę VebaBox.*



**UWAGA:** *VebaBox nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci i młodzież lub osoby niepełnosprawne, chyba że są one odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.*

*Nie używaj VebaBox, jeśli jest widocznie uszkodzony. VebaBox może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieodpowiednie naprawy mogą powodować znaczne zagrożenia. Jeśli Twój VebaBox będzie wymagał naprawy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.*

*Pod żadnym pozorem nie otwieraj obiegu czynnika chłodniczego!*

*VebaBox nie nadaje się do transportu substancji lub substancji zawierających rozpuszczalniki.*

*Produkty spożywcze i farmaceutyczne powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i/lub pakowane wyłącznie w odpowiednie pojemniki.*



**UWAGA: Używaj** narzędzi z izolowanymi uchwytami, które podczas obsługi i konserwacji VebaBox są tylko w odpowiednim stanie.



**UWAGA:** Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem! Nie dotykaj odsłoniętych gołymi rękami. Dotyczy to zwłaszcza zasilania VebaBox z zasilacza sieciowego.

*Przed uruchomieniem VebaBox upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są suche. Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych podłączonych do źródła zasilania elektrycznego pod napięciem wewnątrz pojemnika chłodzącego.*

*Ustaw VebaBox w suchym miejscu, gdzie jest chroniony przed rozpryskami wody. Chron VebaBox i przed deszczem i wilgocią. Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (grzejniki, bezpośrednie światło słoneczne, kuchenki gazowe itp.).*



**UWAGA:** Niebezpieczeństwo przegrzania! Zawsze upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja, aby ciepło wytwarzane podczas normalnej pracy mogło się rozproszyć.

*Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne nie są zakryte.*

*Pozostaw co najmniej 100 mm wolnego miejsca od góry i wokół VebaBox, aby zapewnić odpowiednią wentylację.*

*Nigdy nie zanurzaj VebaBox w wodzie. Nie napełniaj pojemnika wewnętrznego lodem ani płynem.*



**UWAGA:** Zawsze noś okulary ochronne lub okulary ochronne podczas pracy z lub w pobliżu układu chłodniczego lub akumulatora. Czynnik chłodniczy lub kwas akumulatorowy może spowodować trwałe uszkodzenie, jeśli dostanie się do oczu.



**UWAGA:** Obwody sterujące (z wyjątkiem wejścia zasilania 110 – 230V AC) stosowane w VebaBox są niskonapięciowe. Ten potencjał napięciowy nie jest uważany za zagrażający życiu, ale duża ilość dostępnego prądu może spowodować poważne oparzenia w przypadku zwarcia z masą.



**UWAGA:** Nie noś biżuterii, zegarków ani pierścionków. Przedmioty te mogą spowodować zwarcie obwodów elektrycznych i poważne oparzenia użytkownika.



**WAŻNE:** *VebaBox nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze wynikające z:*

- *Niewłaściwe użytkowanie, niewłaściwa instalacja, nieprawidłowe serwisowanie, przechowywanie niebezpiecznych chemikaliów, stosowanie substancji, uszkodzenia podczas transportu, ładowanie układu chłodzenia, wypadek, pożar, niewłaściwa naprawa, tamplub nadużycie.*
- *Nieprawidłowe napięcia lub usterki w zakresie zasilania, które wykraczają poza parametry pracy VebaBox.*

## **Pierwsza pomoc**

### **Pierwsza pomoc – czynnik chłodniczy**

**Oczy:** *Po kontakcie z cieczą natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.*

**Skóra:** *Splucz dotknięte miejsca dużą ilością letniej wody. Nie stosuj ciepła. Owiń oparzenia suchym, sterylnym, obszernym opatrunkiem, aby chronić je przed infekcją lub obrażeniami. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.*

**Wdychanie:** *Przenieść chorego na świeże powietrze i w razie potrzeby przywrócić oddychanie. Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia ratownictwa medycznego.*

### **Pierwsza pomoc – olej chłodniczy**

**Oczy:** *Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, trzymając otwarte powieki. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.*

**Skóra:** *Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyj wodą z mydłem. Zasięgnij porady lekarza, jeśli podrażnienie nie ustąpi.*

**Wdychanie:** *Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i w razie potrzeby przywrócić oddychanie. Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia służb ratunkowych.*

**Połknięcie:** *Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruc lub lekarzem*

## **Pierwsza pomoc – porażenie prądem**

**Po pierwsze:** *Natychmiast odłączyć źródło zasilania elektrycznego w najbezpieczniejszy sposób (wylączyć silnik samochodu lub wyłącznik awaryjny lub odłączyć/odciąć obwód pod napięciem za pomocą odpowiedniego izolowanego narzędzia).*

**Po drugie:** *Gdy masz pewność, że zasilanie jest wyłączone, usuń ofiary z niebezpiecznego obszaru i umieść je w pozycji przeciwwstrząsowej*

**Po trzecie: Zadzwoń** *do lokalnej pomocy medycznej i postępuj zgodnie z jej instrukcjami, dopóki specjalista ds. pomocy medycznej nie przyjedzie, aby przejąć i udzielić dalszej pomocy.*

## **Pierwsza pomoc – oparzenia spowodowane wysoką temperaturą**

**Po pierwsze:** *Natychmiast usuń ofiary ze źródła ciepła w najbezpieczniejszy sposób.*

**Po drugie:** *Kiedy masz pewność, że źródło ciepła zostało wyeliminowane, ustaw ofiary w pozycji przeciwwstrząsowej*

**Po trzecie: Zadzwoń** *do lokalnej pomocy medycznej i postępuj zgodnie z jej instrukcjami, dopóki specjalista ds. pomocy medycznej nie przyjedzie, aby przejąć i udzielić dalszej pomocy.*

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu

**UWAGA:** Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia i/lub uszkodzenie produktu lub jego otoczenia. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zawsze trzymaj ją przy produkcie.

- Zwróć uwagę na wagę produktu i upewnij się, że Ty lub używane urządzenia możecie go unieść.
- Produktu nie wolno umieszczać na pochyłych powierzchniach.
- Ładunek w VebaBox musi być bezpiecznie umieszczony. Ściany boczne nie mogą być narażone na stały nacisk. Ściany boczne VebaBox nie są przystosowane do przenoszenia stałych obciążeń.
- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed podłączeniem produktu.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wentylatorów.
- Nie utrudniaj cyrkulacji powietrza, zakrywając kratki przedmiotami.
- Nie uszkodzaj żadnych części układu chłodzenia zawierających czynniki chłodnicze przez dziurkowanie, perforowanie, zginięcie, zginanie lub w inny sposób. Ryzyko poważnych odmrożeń spowodowanych parującym czynnikiem chłodniczym.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, takich jak czynniki chłodnicze: ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie dotykaj wymiennika ciepła gołymi rękami. Ryzyko skaleczeń palców na ostrych żebrach.
- Podłoga może być śliska.

## 3. Aplikacja

Podstawową funkcją VebaBox jest utrzymywanie znajdującego się w nim towaru w regulowanej, stabilnej i regulowanej temperaturze, podczas gdy skrzynia jest poddawana zmiennym temperaturom otoczenia w zakresie od -20°C do +40°C.



*UWAGA: VebaBox nie jest przeznaczony do schładzania towarów. Oznacza to, że towary powinny być wstępnie kondycjonowane do wymaganej temperatury przed włożeniem do pudełka.*



*UWAGA: Podczas ładowania skrzynki należy pozostawić odstęp wokół wlotu i wylotu powietrza z urządzenia. Towary należy układać w stosy tak, aby bezpośrednio pod sufitem skrzyni była co najmniej 10 cm odstęp. Nie umieszczaj towaru bezpośrednio pod wymiennikiem ciepła – ryzyko kapania wody.*

VebaBox TUF1010 i TUF1005 jest przeznaczony do montażu w zamkniętych zabudowach każdego typu samochodów dostawczych wyposażonych w

- Źródło zasilania alternatora o minimalnej mocy 12V / 120A DC
- Wentylator dachowy w przestrzeni ładunkowej furgonu, jeśli objętość kontenera VebaBox jest większa niż około 60% całkowitej objętości ładunkowej furgonu. Ma to na celu zapewnienie wystarczającego odprowadzania ciepła wytwarzanego przez zamrażarkę VebaBox.

## Specyfikacja montażu produktu

Montaż produktu składa się z


- a) Części podstawowe
  1. Korpus VebaBox
  2. Jednostka termiczna TUF1010 i TUF1005 – monoblok
  3. Zestaw zasilających
  4. Mechaniczny zestaw mocujący
- b) Akcesoria (opcjonalnie)
  1. Pilot zdalnego sterowania

TUF1010 i TUF1005 -usm. Wersja 00

© 2019 VebaBox BV Instrukcja obsługi VebaBox+TUF1010+TUF1005



## 2. Zasilacze



<b>Korpus VebaBox</b>	
Zakres głośności	<i>(0 - 1) m<sup>3</sup></i>
Grubość ścianki	<i>Min. 100 mm</i>
Współczynnik przenikania ciepła	<i>K &lt; 0,4v/MA<sup>2</sup>, °K</i>



TUF1010 i TUF1005  
© 2019 VebaBox

UF1010+TUF1005

<b>Jednostka termiczna TUF1010 i TUF1005</b>	
Wymiary agregatu zamrażającego (szer. x wys. x gł.)	<i>Wymiary: 676 x 520 x 410 mm</i>
Ciężar	<i>46 kg</i>
Max. zużycie energii	<i>60A przy 12VDC / 3,9A przy 230VAC lub 8,2A przy 110VAC</i>
Moc zamrażania mierzona przy -18°C temperatury regulowanej i +30°C temperatury otoczenia zgodnie z ATP	<i>190 W</i>
Warunki pracy	<i>Temperatura otoczenia -20°C do 40°C Regulowane temperatury -20°C do +25°C</i>



<b>Zasilacze</b>	
Moc SB-150	<i>12V DC / 150Ah</i>
Moc SB-250	<i>12V DC / 250Ah</i>


## 5. Działanie

Jednostka zamrażająca wykrywa temperaturę w VebaBox za pomocą czujnika temperatury. Jeśli temperatura przekroczy ustawione wartości, włącza się zamrażarkę, a następnie schładza kontrolowaną przestrzeń. Gdy temperatura osiągnie ustawioną temperaturę, zamrażarka wyłącza się automatycznie.

Wentylatory będą się obracać przez cały czas, aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza, dzięki czemu temperatura w VebaBox pozostaje stabilna.


## Formantów

Zamrażarka wyposażona jest w cyfrowy regulator temperatury. Pozwala to na łatwe ustawienie i sprawdzenie wymaganej temperatury.



1. Przycisk włączania/wyłączenia
2. Wyświetlacz
3. Parownika

4. Przyłącze 110/230 V
5. Przyłącze 12 V
6. Sygnalizacja usterek



### *Włączanie urządzenia:*

Aby włączyć urządzenie, użyj wyłącznika zasilania (1). Należy pamiętać, że jeśli pilot zdalnego sterowania jest zainstalowany, wyłącznik zasilania na jednostce termicznej musi być zawsze wyłączony. W takim przypadku użyj wyłącznika zasilania na pilocie, aby włączyć jednostkę termiczną.

Uwaga: urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy silnik samochodu pracuje, chyba że zainstalowano Powerpack lub korzystasz z zewnętrznego zasilacza 110/230 VAC.

### *Ustawienie temperatury:*

- Aby odblokować klawiaturę, dotknij przez 1 s: na wyświetlaczu pojawi się etykieta "UnL".
- Podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje rzeczywistą temperaturę wewnętrzną
- Naciśnij przycisk ustawiania.
- Naciśnij przyciski wyboru GÓRA/DÓŁ, aby zmienić ustawioną temperaturę.

- Naciśnij ponownie przycisk SET, aby potwierdzić temperaturę i powrócić do aktualnego wyświetlacza temperatury. (Jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, automatycznie wyświetlana jest aktualna temperatura).

### *Wskaźniki:*

Jednostka może znajdować się w jednym z 4 możliwych stanów:

- Zamrożenie aktywne – oznaczone symbolem "sprężarka"
- Rozmrażanie aktywne – oznaczone symbolem "rozmrażanie"
- Temperatura włączenia (w ustawionym paśmie tolerancji) – symbol "sprężarka" jest wyłączony, a symbol "wentylator parownika" jest włączony
- Ogrzewanie aktywne – oznaczone symbolem "AUX"

### *Rozmrażać:*

Po dłuższym użytkowaniu na parowniku może gromadzić się lód. Urządzenie automatycznie wykona cykl odszraniania po 9 godzinach ciągłej pracy VebaBox. Podczas cyklu rozmrażania (maks. 20 minut) zamrażanie jest nieaktywne.

W przypadku zauważenia, że moc zamrażarki gwałtownie spada lub lód na parowniku, możesz aktywować funkcję odszraniania ręcznie, naciskając przycisk rozmrażania przez 2 sekundy. Po zakończeniu procedury odszraniania urządzenie automatycznie powraca do normalnej pracy.

## **Pilot**

Instalacja jednostki termicznej może obejmować zdalne sterowanie pulpitem nawigacyjnym. Jeśli jest zainstalowany, obowiązują pewne szczególne warunki:

- Zdalny wyświetlacz ma pierwszeństwo w kontroli temperatury. Po podłączeniu wyświetlacz jednostki termicznej nie może być używany do ustawiania temperatury i nie bierze udziału w regulacji temperatury.

- Te same zasady, które opisano w rozdziale "Sterowanie", dotyczą zdalnego wyświetlacza (w tym ustawianie temperatury w skrzynce)
- Nie używaj wyłącznika zasilania na jednostce termicznej. Ten przełącznik powinien być cały czas w pozycji "0". Użyj przełącznika na pilocie, aby obsługiwać urządzenie.

## 6. Czyszczenie i konserwacja

UWAGA: Nigdy nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do jednostki termicznej i elektroniki.

- Wyłącz produkt i odłącz wszystkie zasilające.
- VebaBox nie jest przeznaczony do automatycznego rozmrażania (nie jest to konieczne do normalnej pracy). Jeśli nagromadzi się nadmierny szron, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż lód się stopi. Nie usuwaj lodu mechanicznie.
- Wyczyść produkt wilgotną szmatką, w razie potrzeby używając detergentu. UWAGA: nie używaj środków ściernych ani, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Ostrożnie osusz wszystkie pozostałe wilgotne części suchą szmatką.
- Uszczelki drzwi należy smarować co trzy miesiące, aby zapobiec zakleszczeniu lub pęknięciu drzwi. Można to zrobić na przykład za pomocą wazeliny medycznej.
- Naprawy i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zaleca się sprawdzanie urządzenia i czyszczenie wewnętrznych wymienników ciepła co najmniej raz w roku.

## 7. Materiał opakowaniowy i bezpieczna utylizacja produktów

Opakowanie zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami transportowymi. Przechowuj oryginalne części opakowania do ewentualnego przyszłego transportu jednostki termicznej.

TUF1010 i TUF1005 -usm. Wersja 00

© 2019 VebaBox BV Instrukcja obsługi VebaBox+TUF1010+TUF1005



Stare produkty elektryczne i elektroniczne zwykle zawierają cenne materiały. Zawierają jednak również szkodliwe substancje, które były niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania produktów. Utylizacja takich produktów lub niewłaściwe obchodzenie się z tymi substancjami może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Produkt należy zutylizować w miejskim punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrzucony produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy pamiętać, że agregat chłodniczy zawiera czynniki chłodnicze, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i dyrektywami.

## 8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Analizować	Rozwiązanie
Zamrażarka nie działa.	<p>Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona.</p> <p>Brak napięcia wejściowego 12V.</p> <p>Pilot zdalnego sterowania nie jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Włącznik/wyłącznik we właściwej pozycji.</p>	<p>Podłącz wtyczkę i sprawdź gniazdo 12 V lub 110 V / 230 V.</p> <p>Sprawdź bezpiecznik.</p> <p>Sprawdź wtyczkę przyłączeniową pilota.</p> <p>Przycisk włączania/wyłączania. Wskazówka: jeśli masz pilota, główny wyłącznik urządzenia powinien być wyłączony.</p>
Zamrażarka nie wyłącza się.	Włącznik/wyłącznik we właściwej pozycji.	Sprawdź, czy wyłącznik główny jest wyłączony (również na pilocie).
Jednostka zamrażająca działa, ale	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij drzwi.

<p>nie zamarza prawidłowo.</p>	<p>W pudełku znajduje się źródło ciepła.</p> <p>Kanały powietrzne są zatkane lub brudne.</p> <p>Temperatura otoczenia przekracza 40°C. (104°F)</p> <p>Czy temperatura jest ustawiona prawidłowo?</p> <p>Parownik jest zamrznięty.</p> <p>Brak czynnika chłodniczego, gazu lub oleju.</p>	<p>Usuń źródło ciepła.</p> <p>Usuń przeszkodę, kurz lub brud.</p> <p>Zapewnij temperaturę otoczenia &lt; 40°C (104°F) za pomocą wentylatora dachowego.</p> <p>Ustaw temperaturę.</p> <p>Poczekaj, aż parownik się rozmrozi, włączając ręczne rozmrażanie.</p> <p>Zadzwoń do serwisu VebaBox.</p>
<p>Zamrożenie działa, ale wentylator jest zatrzymany.</p>	<p>Wadliwe połączenie przewodowe / uszkodzony wentylator.</p>	<p>Zadzwoń do serwisu VebaBox.</p>
<p>Wyświetl kod błędu.</p>	<p>Na wyświetlaczu wyświetlane są symbole Pr1 lub Pr2.</p>	<p>Uszkodzony czujnik temperatury, wezwij serwis VebaBox.</p>
<p>Rozmrażanie nie działa prawidłowo.</p>	<p>Interwał rozmrażania jest zbyt krótki.</p>	<p>Naciśnij przycisk ręcznego rozmrażania przez 2 sekundy.</p>

Uwaga: samodzielnie instalowane wskaźniki temperatury mogą różnić się od wyświetlacza temperatury VebaBox. Wynika to z położenia czujników pomiarowych.



## 9. Gwarancja

Produkty VebaBox objęte są gwarancją produkcyjną wynoszącą 12 miesięcy od daty dostawy produktów. Zasilacze, które zawierają baterię w środku, mają taką samą gwarancję z ograniczeniem do 18 miesięcy od daty produkcji.

Producent:

**Weba Meditemp B.V.**

Ośrodek wypoczynkowy 44  
5406 XP Uden, Holandia

T: +314131269300

E-mail: [info@vebabox.com](mailto:info@vebabox.com)

Sieć: [www.webbhoga.com](http://www.webbhoga.com)